

Łódź, dnia 16.01.2008r.

dotyczy : zamówienia ZP/01/08-
-dostawa sprzętu jednorazowego
i szklanego laboratoryjnego

.....
.....

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/01/08 -dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego o wniesieniu zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

Zamawiający wyjaśnia następujące kwestie dotyczące poszczególnych pozycji formularza cenowego (załącznik nr 1 do siwz):

pozycja 4:

Zamawiający będzie stosował korki do probówek o średnicach w zakresie 15-16 mm zgodnie z siwz.

pozycje 5 i 10:

Zamawiający wymaga pojemników sterylnych, dopuszcza zaoferowanie pojemników sterylnych o poj. użytkowej 25ml i poj. całkowitej 30ml.

pozycje 11 i 12:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania korków o kolorach innych niż zamawiane.

Ewentualna zmiana kolorów może spowodować wzrost błędów przedlaboratoryjnych ponieważ korki o danych kolorach są używane w jednostkach ZOZ od wielu lat.

pozycja 17:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie probówek o pojemności 11ml, 16x100mm, z korkiem, sterylnych, z naklejoną etykietą.

pozycja 18:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie probówek o pojemności 11ml, 16x100mm razem z korkiem

pozycja 20:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie probówek o pojemności 11ml, 16x100mm.

pozycja 21:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie probówek o pojemności 11ml.

pozycja 25:

Zamawiający dopuszcza również szkiełka o grubości 1,7- 2mm.

pozycje 26 i 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części i żąda zaoferowania w pozycji 28 zestawu zgodnego z siwz.

Dyrektor
inż. Krzysztof Szrejner