

Łódź, dnia 30.03.2008 r.

Dotyczy : zamówienia ZP/05/08

- dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego

.....
.....
.....

ZOZ Łódź –Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/05/08 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego o wniesieniu zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający wyjaśnia , że:

W Załączniku Nr 1 – spis sprzętu jednorazowego

Poz. 10 - Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojemnika na zużyte igły pojemności 1,5 l.

Poz. 36 - Zamawiający zamawia strzykawkę insulinową z igłą.

Poz. 38-41- Zamawiający dopuszcza kaniule o wymiarach:

G 18 - 1,2mm lub 1,3mm

G 17 - 1,4mm lub 1,5mm

G 22 - 0,8mm lub 0,9mm

G 20 - 1,0mm lub 1,1mm

Poz. 42 -ilość sztuk w opakowaniu wynosi 100.

podpisał specjalista d/s zamówień Marek Zawadzki

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tego wyjaśnienia zgodnie z punktem IV.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.