Łódź, dnia 28.07.2008r.

dotyczy : zamówienia ZP/11/08-
- dzierżawa czytnika pasków testowych
i dostawa pasków testowych do badania moczu
do czytnika

.....
.....

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/11/08 - dzierżawa czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu do czytnika o wniesieniu zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

Oto treść pytań:

1.Czy Zamawiający dopuści paski do analizy moczu o czułości wykrywania białka 15mg/dl i glukozy 40 mg/dl ?
2. Czy Zamawiający dopuści paski do analizy moczu z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczania glukozy i krwi w moczu do odpowiednio 45 i 100 mg/dl ?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pasków o parametrach proponowanych w powyższych pytaniach.

podpisał Z-ca Dyrektora d/s lecznictwa
Beata Kośny