

Łódź, dnia 13.10.2008 r.

Dotyczy : zamówienia ZP/15/08
dostawa przyrządów do fizykoterapii

.....
.....

ZOZ Łódź –Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/15/08 – dostawa przyrządów do fizykoterapii o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej treści:

- „1. Czy zamawiający dopuści aparat do terapii falami krótkimi z możliwością pracy w trybach: ciągłym 0-200W i impulsowym 0-400W?
2. Czy zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej wyposażony w dwie głowice o powierzchniach 1cm² i 4 cm² mające możliwość pracy w dwóch częstotliwościach 1Mhz i 3Mhz?
3. Czy zamawiający dopuści aparat do elektroterapii generujący wszystkie wymienione w specyfikacji rodzaje prądów z małymi różnicami:
Prąd impulsowy z regulacją czasu trwania impulsu 0,2-1000ms i czasu przerwy 3,92-10000ms
Prąd tens z możliwością regulacji czasu trwania w zakresie 10-400ms
Prąd neofaradyczny (Zmodyfikowany prąd faradyczny) ze stałą częstotliwością 45,5Hz
Prądy Kotza o średniej częstotliwości 2500-10000Hz do częstotliwości 40-150Hz?
4. Co zamawiający miał na myśli pisząc: Laser biostymulacyjny: sonda czerwona i podczerwona (R i JR) praca w trybie ciągłym, impulsowym, kombinowana? Czy chodzi o laser wyposażony w 2 osobne sondy jedną ze światłem R, a drugą ze światłem JR. Czy chodzi o Laser wyposażony w jedną sondę emitującą światło R i JR?
5. Czy zamawiający dopuści laser do laseroterapii wyposażony w sondę punktową R, Sondę punktową JR oraz sondę prysznicową bez sondy skanującej? Sonda prysznicowa wykonuje tą samą pracę co sonda skanująca w kilkukrotnie krótszym czasie w związku z czym doskonale

zastępuje sondy skanujące. Dodatkowo charakteryzuje się ona dużo mniejszym odbiciem światła laserowego niż sondy skanujące dzięki czemu uzyskujemy lepsze efekty terapeutyczne.”

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza oferty aparatu o wskazanych parametrach, należy oferować aparat zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz).

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza oferty aparatu z dwoma głowicami, należy oferować 3 głowice o różnych średnicach każda w podanym zakresie średnic 1-10 cm², przynajmniej w 2 różnych częstotliwościach w podanym zakresie 0,8 - 3 MHz.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza również ofertę aparatu do elektroterapii o podanych w punkcie 3 parametrach jak i ofertę aparatu o parametrach podanych w siwz.

Ad.4 Zamawiający żąda o lasera wyposażonego w jedną sondę emitującą światło R i JR o parametrach podanych w siwz.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza również ofertę lasera wyposażonego w sondę punktową R, sondę punktową JR oraz sondę prysznicową pod warunkiem, że będzie zamontowana na statywie umożliwiającym bezosobową pracę sondy tak jak w przypadku skanera, jak i dopuszcza ofertę lasera o sondach podanych w siwz.