

WYJAŚNIENIE

dotyczy : zamówienia ZP/1/09-
- Dostawa ambulansu medycznego
transportowego typu „A2”

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/1/09 - - Dostawa ambulansu medycznego transportowego typu „A2” o wniesieniu następujących zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

„Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści zabudowę w której oprócz miejsc w kabinie kierowcy znajduje się jeden fotel w przedziale medycznym ?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga noszy posiadających system mocowania zestawu transportowego do podstawy lub podłogi zgodny z PN EN 1789 i czy trzeba do oferty załączyć potwierdzenie wyników testów zgodnych z punktem 4.5.9 i punktem 5.3 normy PN EN 1789 przez niezależną jednostkę notyfikującą, czy też zamawiający dopuszcza mocowanie noszy wykonane samodzielnie przez wykonawcę?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści ambulans bez regulowanej kolumny kierownicy, w przypadku gdy regulowany jest fotel kierowcy?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga aby transporter noszy głównych umożliwiał prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach?

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga klimatyzacji dwuparownikowej, z osobnymi nastawami temperatury dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy ?

Czy temperatura w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym ma być osobno regulowana termostatem ?

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez układu kontroli trakcji?

Pytanie 7.

Pytanie 8.

Czy zapis „ścianka wzmocniona” oznacza, że Zamawiający wymaga przegrody pełnej zgodnej z wymogami normy PN EN 1789 p-kt 4.4.4 ?

Pytanie 9.

Czy zamawiane wyposażenie medyczne będzie użytkowane tylko w pomieszczeniach zamkniętych, czy też również poza nimi np. w terenie na poboczu drogi lub innych warunkach?

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wymaga aby nosze i transporter spełniały wszystkie wymagania określone w normie PN EN 1865 ?

Pytanie 11.

Czy oferowany ambulans ma spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) i trzeba założyć w ofercie stosowne oświadczenie?”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający wymaga 3 foteli zgodnie z punktem VIII.10 załącznika nr 1 do siwz.

Ad.2

Zamawiający wymaga mocowania noszy zgodnego z PN EN 1789 i wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia wyników testów zgodnych z punktem 4.5.9 i punktem 5.3 normy PN EN 1789 przez niezależną jednostkę notyfikującą.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza oferowanie ambulansu bez regulowanej kolumny kierownicy w przypadku gdy regulowany jest fotel kierowcy.

Ad.4

Zamawiający wymaga noszy zgodnych z punktem VIII.15 załącznika nr 1 do siwz.

Ad.5

Zamawiający nie wymaga klimatyzacji lecz ogrzewanie i wentylację zgodnie z punktem II załącznika nr 1 do siwz.

Ad.6

Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez układu kontroli trakcji, wymaga to punkt VII załącznika nr 1 do siwz.

Ad.8

Zamawiający wymaga przegrody pełnej zgodnej z wymogami normy PN EN 1789 p-kt 4.4.4 .

Ad.9

Zamawiane wyposażenie medyczne będzie użytkowane tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Ad.10

Nosze i transporter muszą spełniać wszystkie wymagania określone w normie PN EN 1865.

Ad.11

Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) i trzeba założyć w ofercie stosowne oświadczenie, wymaga tego punkt 2 załącznika nr 1 do siwz.

podpisał Dyrektor inż. Krzysztof Szrejner