

WYJAŚNIENIE

dotyczy : zamówienia ZP/02/09-
-dostawa sprzętu jednorazowego
i szklanego laboratoryjnego

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/02/09 -dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Oto treść pytań:

„Załącznik 1 poz. 3

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie pojemników Państwo aseptycznych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczone są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania $SAL \geq 6$. Produkty Aseptyczne (STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Pytanie 2

Czy w przypadku nie dopuszczenia pojemników aseptycznych zgodzą się Państwo na zaoferowanie pojemników sterylnych o wymiarach: śr.35x82mm i pojemnościach: 30ml i całkowitej 40ml?

Załącznik 1 poz. 10

Pytanie 1

Czy Zamawiający ma na myśli próbówki do systemu otwartego czy zamkniętego pobierania krwi?

Pytanie 2

W przypadku systemu otwartego pobierania krwi, czy Zamawiający oczekuje próbek z korkiem przebijalnym, czy nieprzebijalnym?

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie próbek z korkami w kolorze fioletowym? Kolor ten jest powszechnie przyjętym kolorem, którym oznacza się próbówki do hematologii, zgodnie z normami europejskimi. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie próbek z takim kolorem korka, to prosimy o wyjaśnienie dlaczego.

Załącznik 1 poz. 10(chyba 11)

Pytanie 1

Na jaką pojemność krwi należy próbówkę zaoferować? W specyfikacji pojawiają się bowiem dwie pojemności.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie próbek z korkami w kolorze niebieskim? Kolor ten jest powszechnie przyjętym kolorem, którym oznacza się próbówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem, zgodnie z normami europejskimi. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie próbek z takim kolorem korka, to prosimy o wyjaśnienie dlaczego.

Załącznik 1 poz. 19

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie próbek o poj. 9ml i wymiarach: 16mm x 105mm?

Załącznik 1 poz. 20

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie wymazówek o długości całkowitej 15,5 cm? Różnica ta nie ma żadnego istotnego znaczenia dla użytkownika. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie wymazówek o podanej długości, to prosimy o wyjaśnienie dlaczego.

Załącznik 1 poz. 21

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szkiełek o grubości 2mm?

Pytania dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Pkt.VIII ppkt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy? Czy nie zasadnym jest dodanie do treści paragrafu 4 wzoru umowy punktu o treści: „Ceny jednostkowe netto ustalone w załączniku Nr 1 do umowy, obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy, ceny brutto mogą ulec zmianie na skutek zmian przepisów podatkowych” Pozwoli to, bowiem nie tylko na zmianę stawek podatkowych w łączącej strony umowie bez dokonania tych zmian z niekorzyścią dla wykonawcy, ale w ogóle na zmianę stawek VAT, jeśli nastąpi zmiana przepisów podatkowych czy celnych?

Pytania dotyczące wzoru umowy sprzedaży:

Dotyczy §5 pkt. 2

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu punktu.

Dla Wykonawcy nie jest zrozumiałe jak Zamawiający wyobraża sobie wymianę w terminie 3 dni towaru już dostarczonego, a którego termin ważności minął.

Wykonawca uważa, że brak ważnego terminu ważności Zamawiający zgłosi natychmiast po odbiorze towaru. Nie jest możliwa sytuacja, w której towar będzie czekał na zużycie w magazynie Zamawiającego, a w momencie, gdy zajdzie potrzeba jego użycia i wówczas Zamawiający odkryje, że towar przestał mieć aktualną datę ważności (gwarancji), towar będzie podlegał wymianie.

Jak należy rozumieć §5 pkt. 2?

Pytanie 2:

Proponujemy następujący zapis punktu:

„W wypadku dostarczenia sprzętu w innym asortymencie lub ilościach niż zamówione Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 12 dni roboczych od daty odbioru towaru reklamowanego, w wypadku uznania reklamacji. Po upływie tego terminu Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wartości sprzętu dostarczonego z wadami.”

Długość czasu potrzebnego na wymianę towaru motywujemy tym, że Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru wymaga podanego przez nas powyżej czasu.

Czy Zamawiający zgodzi się na proponowany zapis?

Pytanie 3:

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na proponowany powyżej zapis, to prosimy o zaproponowanie innego zapisu, wyjaśniającego §5 pkt. 2 i uwzględniającego jednocześnie 7-mio dniowy termin ustosunkowania się do reklamacji od momentu jej otrzymania zgodnie z treścią §6 pkt. 4.

Dotyczy §6 pkt. 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?

Dotyczy §6 pkt. 5

Wnosimy o zmianę treści punktu. Zapis ten z góry zakłada, że w przypadku nie uznania roszczeń Zamawiającego Zamawiający może wystąpić na drogę sądową z tytułu nie uznania jego roszczeń. Jest to z góry założenie, że roszczenia Zamawiającego są słuszne, co do złożonej reklamacji, a przecież może ona zostać nieuznana przez Wykonawcę.

Dotyczy §7 pkt. 2 ppkt. 2

Pytanie 1:

Wnosimy o wykreślenie treści podpunktu. Zapis o nienależytym wykonaniu umowy być dowolnie rozumiany przez Wykonawcę. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie podpunktu?

Pytanie 2:

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na proponowany powyżej zapis, to prosimy o zaproponowanie innego zapisu, uściślającego co Zamawiający rozumie przez nienależyte wykonanie umowy?

Dotyczy §8

Czy Zamawiający dopuści dodanie zapisu: „...bez poinformowania Zamawiającego.” ?

Nowy zapis oznacza obowiązek poinformowania Zamawiającego o zbyciu wierzytelności, natomiast nie oznacza obowiązku zgody na takie zbycie.

Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku cywilnoprawnego, a może się tak zdarzyć, jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z różnych powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań pieniężnych względem Przedsiębiorcy.

Zapis przez nas zaproponowany chroni w dostateczny sposób interesy obu stron umowy. Zamawiający otrzymując wcześniejszą informację o zamiarze dokonania przez Dostawcę sprzedaży wierzytelności ma możliwość uregulowania zaległych zobowiązań, podjęcie próby ułożenia się z Dostawcą lub rozłożenie płatności na raty.

W tak trudnej sytuacji finansowej Służby Zdrowia oraz stale rosnących zobowiązań Klientów, nam jako Dostawcy zapis taki umożliwia w ostateczności ewentualną sprzedaż takich zobowiązań, a więc zabezpieczenie się przed niewypłacalnością jednostki a także przed utratą płynności finansowej naszej firmy,,

Zamawiający odpowiada:

Załącznik nr 1 do siwz

pozycja 3

Ad 1,2- Zamawiający wymaga pojemników sterylnych, dopuszcza zaoferowanie pojemników sterylnych o poj. 30ml i poj. całkowitej 40ml, wymiarach śr.35x82.

pozycja 10

Ad 1,2 -Probówki służą do systemu otwartego pobierania krwi, korek musi być nieprzebijalny.

Ad 3- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania korków o kolorach innych niż zamawiane.

Ewentualna zmiana kolorów może spowodować wzrost błędów przedlaboratoryjnych ponieważ korki o danych kolorach są używane w jednostkach ZOZ od wielu lat.

pozycja 11

Ad 1- Zamawiający wymaga probówki z cytrynianem 3,2 % , 4 ml pojemność całkowita na 1,8 ml krwi - korek zielony.

Ad 2- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania korków o kolorach innych niż zamawiane.

Ewentualna zmiana kolorów może spowodować wzrost błędów przedlaboratoryjnych ponieważ korki o danych kolorach są używane w jednostkach ZOZ od wielu lat.

pozycja 19

Ad 1-Zamawiający dopuszcza również probówki o pojemności 9ml i wymiarach 16mmx105mm.

pozycja 20

Ad 1- Zamawiający dopuszcza również wymazówki o długości całkowitej 15,5 cm.

pozycja 21

Ad 1- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szkiełek o grubościach innych niż zamawiane.

Odpowiedzi do siwz

Ad 1- Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

punkt VIII.2

Ad 1- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Odpowiedzi do wzoru umowy

§5 punkt 2

Ad 1,2,3- Dostarczony przez Wykonawcę towar będzie zbadany przez Zamawiającego bez zbędnej zwłoki po jego odbiorze. Termin 3 dni dotyczy okresu od zgłoszenia wady do momentu otrzymania właściwego towaru.

Zamawiający zamawiać będzie sprzęt w miarę potrzeb. Dostarczenie towaru przeterminowanego lub z wadami uniemożliwia bieżącą działalność stąd proponowany termin 12 dni od daty odbioru reklamowanego towaru jest zbyt przewlekły.

§6 punkt 2

Ad 1-Zamawiający nie uważa za zasadne skracanie terminu ważności.

§6 punkt 5

Ad 1-Jeśli Zamawiający będzie przekonany o słuszności swoich roszczeń , których zasadności odmawia Wykonawca to z jakiej przyczyny pozbawiać się ma prawa do rozstrzygnięcia przed sądem.

§7 punkt 2.2

Ad 1- Wykonawca i Zamawiający mają interpretować pojęcie nienależytego wykonania umowy wyłącznie tak jak dopuszcza się to na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

§8

Ad 1- Zamawiający nie wyraża zgody na zapis o konieczności poinformowania o cesji, lecz wyłącza możliwość cedowania praw i obowiązków z umowy.

podpisał DYREKTOR INŻ. KRZYSZTOF SZREJNER