

Łódź, dnia 26.03.2009r.

ZOZ Łódź-Bałuty
Ul. Smugowa 6
91-433 Łódź

WYJAŚNIENIE

dotyczy : zamówienia ZP/03/09-
-dostawa odczynników laboratoryjnych
i dzierżawa analizatora do jonów

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/0309 --dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatora do jonów o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Oto treść pytań poszczególnych Wykonawców:

Wykonawca nr 1

1. Czy Zamawiający w Parametrach granicznych do Pakietu nr 1 dopuści możliwość prowadzenia kontroli na dwóch poziomach: patologicznym i normalnym?
2. Czy Zamawiający w Parametrach granicznych do Pakietu nr 1, pkt 5 dopuści analizator z wbudowanym programem statystycznej kontroli jakości na jednym poziomie z pamięcią 200 wyników kontrolnych (z możliwością wprowadzenia nr serii danej kontroli)? Kontrola jakości obejmuje wartości średniej, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności w danej ilości wykonywanych badań.
3. Czy Zamawiający w Parametrach granicznych do Pakietu nr 1, pkt 20 dopuści referencje użytkowników, którzy posiadają roczne doświadczenie (z uwagi na fakt, że przetarg obejmuje roczny termin dzierżawy). W ofercie zostanie zaoferowany aparat z 2009 roku.
4. Jakiej ilości opakowań wymaga Zamawiający w Pakiecie nr 2? Czy 400 oznaczeń (przy wielkości op. 96 oznaczeń) oznacza, że Zamawiający wymaga 4 opakowań, czy należy podać ułamkową ilość opakowań (np. 4,2) wynikającą z podanej ilości oznaczeń (400ozn./rok)?
5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 2 dopuści testy lateksowe do wykrywania *Treponema Pallidum* w surowicy?

Wykonawca nr 2

Dotyczy pakietu nr 1 – odczynniki, materiały kontrolne wraz z dzierżawą analizatora do jonów Na/K/Cl –
Parametrów granicznych do pakietu nr 1 pkt 14 –
Czy Zamawiający dopuści aby oferowane odczynniki posiadały termin ważności 6 m-cy, natomiast kontrole będą miały roczny okres ważności?
Parametrów granicznych do pakietu nr 1 pkt 16 –
Czy Zamawiający dopuści aby cały asortyment pochodził od jednego dostawcy?
Parametrów granicznych do pakietu nr 1 pkt 20 –
Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty referencji minimum 2 użytkowników z minimum 1 rocznym doświadczeniem na oferowanych przez naszą firmę systemach gazometrycznych?

Wykonawca nr 3

1. Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
 - 1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
 - 1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
 - 1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
 - 1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
 - 1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
 - 1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
 - 1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
 - 2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź

- 2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
- 2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź
- 2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
- 2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
- 2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
- 2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
- 2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
- 2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.
2. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności”

Dotyczy pakietu nr 1:

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który posiada program opracowania statystycznego badań kontrolnych dla 3 poziomów z wyliczeniem średniej SD i CV.
4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora posiadającego możliwość archiwizacji jedynie badań kontrolnych na 3 poziomach z ostatnich 34 dni?

Wykonawca nr 4

„Pakiet nr 2

Czy zamawiający wymaga wyceny dokładnie 400 oznaczeń testów do Lamblii czy wyceny ilości kompletnych opakowań po 96 ozn.? Czy ilość opakowań zaokrąglić w górę do pięciu czy podać 4,17 opakowania?

Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące poszczególnych części zamówienia-pakietów:

Pakiet nr 1

1. Zamawiający wymaga prowadzenia kontroli na 3 różnych poziomach : normalnym i 2 patologicznych - wysokim i niskim.
2. Zamawiający wymaga aby analizator miał możliwość archiwizowania wyników pacjentów oraz badań kontrolnych na trzech poziomach.
3. Zamawiający dopuszcza również analizator, który posiada program opracowania statystycznego badań kontrolnych z wyliczeniem SD i CV ale również musi podawać wykresy Levey-Jenningsa.
4. Zamawiający wymaga referencji z 2 lat doświadczeń w pracy na oferowanym aparacie.
5. Zamawiający wymaga całego asortymentu od jednego producenta.

Pakiet nr 2

W ofercie można podać ułamkową ilość opakowań wynikającą z podanej liczby oznaczeń.

Pakiet nr 4, poz. 2

Zamawiający wymaga testów paskowych.

Załączniki nr 9.1 i 9.2 – wzory umów.

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w treści umów wynikające ze względu na zmianę sposobu konfekcjonowania odczynników.
2. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenia terminu realizacji umowy dzierżawy analizatora do momentu wykonania oznaczeń z ostatniej dostawy odczynników.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę innych proponowanych zapisów umów.

Podpisał Dyrektor inż. Krzysztof Szrejner