

WYJAŚNIENIE

dotyczy : zamówienia ZP/08/09-
-dostawa sprzętu
medycznego jednorazowego

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/08/09 -dostawa sprzętu medycznego jednorazowego o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Oto treść pytań:

„Projekt umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do umowy zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy

1. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy wystarczające jest przesłanie go drugiej stronie faksem, za niezwłocznym potwierdzeniem pismem.

Projekt umowy § 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do § 3 ust. dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

1. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, przy czym waloryzacja ta może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn.
2. Za ważną przyczynę w rozumieniu ust. 1 uważa się w szczególności:
 - a) zmianę stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celný asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia;
 - b) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia,
 - c) zmianę publikowanego przez NBP średniego kursu waluty w której wykonawca dokonuje rozliczeń z dostawcą/producentem, jeżeli krajem pochodzenia towaru nie jest Rzeczpospolita Polska,
 - d) zmianę wskaźnika wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS,

Projekt umowy § 5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu ww. ust. na następujący:

„W wypadku dostarczenia sprzętu w innym asortymencie lub ilościach niż zamówione, po terminie ważności określonym w § 6 ust.2 lub innych wad, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie trzech dni od daty zgłoszenia pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości **0,2%** wartości sprzętu dostarczonego z wadami.”

Pakiet I poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika o pojemności 1,0-1,5 l.

Pakiet I poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji:

- elektrody na piance rozmiarze 61 mm x 50 mm z żelazem ciekłym lub stałym
lub/i

- elektrody na piance o śr. 50 mm z żelazem ciekłym lub stałym lub/i
- elektrody na piance o rozmiarze 45 mm x 42 mm z żelazem stałym

Pakiet I poz. 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji igły o rozmiarze 0,45x12.”

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 10 załącznika nr 1 zaoferowanie pojemnika o pojemności 1,0-1,5 l.

Na pozostałe propozycje zmian Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał Dyrektor inż. Krzysztof Szrejner