

WYJAŚNIENIE

ZOZ Łódź-Bałuty
Ul. Smugowa 6
91-433 Łódź

dotyczy : zamówienia ZP/10/09-
- dzierżawa czytnika pasków testowych
i dostawa pasków testowych do badania moczu

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/10/09 - dzierżawa czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), w szczególności do zał. nr 1.1- parametry graniczne dotyczące czytnika i zał. nr 1.2 - parametry graniczne dotyczące pasków .

Oto treść pytań poszczególnych Wykonawców:

Wykonawca nr 1:

„

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z automatyczną kalibracją za pomocą umieszczonego wewnątrz aparatu paska standardowego, natomiast dodatkowe paski kalibracyjne zostaną dostarczone bezpłatnie? dot. 9 pkt parametrów granicznych czytnika.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z menu w języku angielskim, komunikacja z aparatem odbywa się przy pomocy prostych, funkcjonalnych przycisków ekranu dotykowego? dot. 11 pkt parametrów granicznych czytnika.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora wykorzystującego do pomiaru poszczególnych parametrów 3 długości fali? Większość parametrów oznaczana jest przy jednej długości fali, jedynie do automatycznego pomiaru koloru używa się więcej niż jednej długości fali. dot. 17 pkt parametrów granicznych czytnika
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych o czułości dla białka – 12 mg/dl i dla glukozy – 40 mg/dl? „

Wykonawca nr 2:

„Pytanie nr 1. Załącznik 1.1 – punkt 5

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający po pojęciem "Możliwość zdefiniowania barwy moczu" rozumie automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu?

Pytanie nr 2. Załącznik 1.1 – punkt 9

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający po pojęciem "Automatyczna kalibracja bez dodatkowych pasków kalibracyjnych" rozumie pracę aparatu kalibrującego się automatycznie bez użycia jakichkolwiek pasków kalibracyjnych, standardowych i wpisywania kodów?

Pytanie nr 3. Załącznik 1.1 – punkt 11

Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu analizator z menu w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim zawierającą zdjęcia wszystkich wyświetlanych ekranów w analizatorze wraz ze szczegółowym opisem. Dodatkowo personel zostanie przeszkolony w zakresie obsługi analizatora na koszt oferenta.

Pytanie nr 4. Załącznik 1.1 – punkt 16

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli w postaci liofilizatu. Oferowana kontrola to paski kontrolne do rozpuszczenia w wodzie, które służą do przygotowania roztworu moczu kontrolnego. Kontrola w postaci liofilizatu umożliwi Państwu wykorzystanie opakowania kontroli do końca daty ważności opakowania, t.j. około 12 miesięcy po otwarciu opakowania pasków kontrolnych. Paski kontrolne są to kontrole producenta testów paskowych i oferowanego aparatu.

Prosimy również o informację jak często Zamawiający będzie wykonywał wewnętrzną kontrolę jakości badań moczu (pozytywna i negatywna)?

Pytanie nr 5. Załącznik 1.2 – punkt 1

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane testy paskowe mają umożliwić rozróżnianie świeżych krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny oraz umożliwić automatyczne określenie zmiany zabarwienia moczu przez aparat? Precyzyjne określenie wymienionych parametrów ma cenne znaczenie kliniczne w diagnozowaniu schorzeń układu moczowego i pozwala na wprowadzenie właściwego leczenia pacjentów.

Pytanie nr 6. Załącznik 1.2 – punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym firmę oferującą wysokiej jakości paski spełniające wszystkie wymogi diagnostyki laboratoryjnej *in vitro* oraz siwz charakteryzujące się czułością pola dla glukozy 75 mg/dl i białka 20 mg/dl? Określenie czułości pola testowego dla glukozy 50 mg/dl i 10 mg/dl białka wskazuje na jednego wykonawcę i sposób nieuzasadniony ogranicza udział innym potencjalnym Wykonawcom oferującym wysokiej jakości paski spełniające wszystkie normy jakościowe przewidziane dla tego rodzaju wyrobów medycznych.

Wykonawca nr 3 :

„1. Dotyczy parametrów granicznych czytnika dla testów paskowych, pkt. 13: Jakiej firmy sieć komputerową posiada Zamawiający?

2. Czy Zamawiający w parametrach granicznych czytnika dla pasków testowych, pkt.2 dopuści czułość dla białka: 15 mg/dl ?”

Zamawiający odpowiada łącznie na pytania Wykonawców:

Załącznik 1.1 pkt. 5

Aparat musi posiadać możliwość definiowania barwy moczu. Zamawiający nie wymaga aby aparat robił to automatycznie.

Załącznik 1.1 pkt.9

Aparat musi posiadać automatyczną kalibrację bez dodatkowych pasków kalibracyjnych.

Załącznik 1.1 pkt.11

Menu aparatu musi być w języku polskim.

Załącznik 1.1 pkt. 13

Laboratorium nie posiada w tej chwili sieci komputerowej. W placówce znajdują się jedynie stanowiska komputerowe z programem firmy MARCEL.

Załącznik 1.1 pkt. 16

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie moczu kontrolnego w postaci liofilizatu. Wewnętrzna kontrola jakości badań moczu wykonywana jest w laboratorium codziennie na dwóch różnych poziomach .

Załącznik 1.1 pkt.17

Oferowany aparat musi wykorzystywać do pomiaru cztery długości fal świetlnych. Zapewnia to precyzyjny odczyt barw i ich natężenia powstałych na polach pomiarowych.

Załącznik 1.2 pkt 1

Oferowane paski testowe nie muszą rozróżniać świeżych krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny.

Załącznik 1.2 pkt 2

Oferowane paski muszą posiadać czułość dla białka 10 mg/dl. Dla glukozy dopuszczamy także czułość 40 mg/dl..

podpisał: Dyrektor inż. Krzysztof Szrejner