

WYJAŚNIENIE

dotyczy : zamówienia ZP/02/2010-
-dostawa systemu zamkniętego,
próbówkowo - podciśnieniowego do
pobierania krwi.

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/02/2010 -dostawa systemu zamkniętego, próbówkowo - podciśnieniowego do pobierania krwi o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Oto treść pytań:

„1. Czy Zamawiający dopuści próbówki do OB. metodą logarytmiczną na 4,5 ml krwi, szklane oraz statyw 10 miejscowy do tych próbek/ *(próbówka na 4,5 ml krwi oraz statyw do tych próbek umożliwiają dokładniejszy pomiar OB.)* lub dopuści próbówki do OB. met. logarytmiczną na 1,8 ml krwi, szklane do automatycznego oznaczania OB. wraz z dzierżawą aparatu do OB. , a jeśli nie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do oddzielnego pakietu próbówki do OB. met logarytmiczną, na 1,5 lub 1,6 ml oraz statyw 10 miejscowy do tych próbek?

Umożliwi to przystąpienie do postępowania przetargowego większej ilości oferentów, tym samym Zamawiający zyska możliwość wyboru oferty spośród większej ilości producentów systemu próbówkowo-podciśnieniowego.

2. Czy Zamawiający dopuści wkłucia motylkowe z igłą 0,8mm i wężykiem o dł 17 cm?

3. Czy Zamawiający dopuści próbkę do biochemii o poj. 10 ml (16x100 mm) z aktywatorem wykrzepiania, sterylną?

4. Czy Zamawiający dopuści próbkę do morfologii z EDTA K-2 lub EDTA K-3 o poj. 2 ml (13x75mm), sterylną? Umożliwi to przystąpienie do postępowania przetargowego większej ilości oferentów, tym samym Zamawiający zyska możliwość wyboru oferty spośród większej ilości producentów systemu próbówkowo-podciśnieniowego”

Zamawiający odpowiada:

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane w pytaniu nr 1 i podkreśla, że cały asortyment systemu zamkniętego musi pochodzić od jednego dostawcy.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza wkłucia motylkowe z igłą 0,8mm i wężykiem o dł 17 cm.

Ad.3

Zamawiający nie dopuszcza próbek do biochemii o poj. 10 ml (16x100 mm) z aktywatorem wykrzepiania, sterylną.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza również próbki do morfologii z EDTA K-2 lub EDTA K-3 o poj. 2 ml(13x75mm), sterylne.

Ponadto Zamawiający zmienia:

1. W formularzu cenowym oferty w pozycji 4 „próbówka do biochemii na 6 ml krwi z aktywatorem wykrzepiania, (13x100 mm), sterylna”, w kolumnie 3 „ilość szt” aktualnie ilość wynosi **50 000** szt.

2. W formularzu cenowym oferty Zamawiający usuwa pozycję 5 „ próbówka do biochemii na 9 ml krwi z aktywatorem wykrzepiania, (16x100 mm), sterylna”

Podpisał Dyrektor inż. Krzysztof Szejner