

WYJAŚNIENIE

dotyczy : zamówienia ZP/02/2010-
-dostawa systemu zamkniętego,
próbówkowo - podciśnieniowego do
pobierania krwi.

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/02/2010 -dostawa systemu zamkniętego, próbówkowo - podciśnieniowego do pobierania krwi o wniesieniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Oto treść pytań:

1. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 4. próbkę do biochemii krwi z aktywatorem wykrzepiania (13x100 mm) , sterylna o pojemności 5,5 ml?
2. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 6. próbkę do morfologii z EDTA K2 lub K3 (13x 75mm) , sterylna o pojemności 2 ml ?
3. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 7. próbkę do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2 % na 1,8 ml krwi (13x 75mm) bez nieprzepuszczalnej ścianki o zwiększonej grubości a ograniczenie wpływu warunków zewnętrznych na trwałość odczynnika zapewnia hermetyczne, aluminiowe opakowanie próbki i w konsekwencji odstąpi od wymogu poz.3 „Parametry graniczne”- zał. nr 2?
4. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 8. szklaną próbkę do OB. metodą logarytmiczną na 1,28 ml z 3,2 % cytrynianem sodu i w konsekwencji odstąpi od wymogu poz.1 „Parametry graniczne” nadając mu brzmienie „Wszystkie próbki plastikowe za wyjątkiem próbek do OB. gdzie zamawiający dopuszcza próbki szklane....”

Zamawiający odpowiada:

Ad.1,3,4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane w pytaniu nr 1, 3, 4

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również próbki do morfologii z EDTA K-2 lub EDTA K-3 o poj. 2 ml(13x75mm), sterylne.

Ponadto Zamawiający zmienia:

1. W formularzu cenowym oferty w pozycji 4 „próbka do biochemii na 6 ml krwi z aktywatorem wykrzepiania, (13x100 mm), sterylna”, w kolumnie 3 „ilość szt” aktualnie ilość wynosi **50 000** szt.
2. W formularzu cenowym oferty Zamawiający usuwa pozycję 5 „ próbka do biochemii na 9 ml krwi z aktywatorem wykrzepiania, (16x100 mm), sterylna”

Podpisał Dyrektor inż. Krzysztof Szrejner