

Łódź, dnia 14.03.2007r.

dotyczy : zamówienia ZP/1/07-
- dzierżawa analizatora immunoserologicznego
i dostawa odczynników do analizatora

.....
.....

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/1/07 - dzierżawa analizatora immunoserologicznego i dostawa odczynników do analizatora o wniesieniu zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie oznaczeń „Helikobakter pylori” w zewnętrznym laboratorium .
2. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika D-dimer o liniowości do 10.000 ng/ml.
3. Zamawiający wymaga zaoferowania i wyceny odczynników w ilościach podanych w siwz, jest to konieczny warunek porównywalności ofert.
4. Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora o automatycznej krzywej kalibracyjnej w postaci kodu kreskowego zgodnie z siwz.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora określonego w siwz to jest nie wymagającego codziennej obsługi (używania buforu, płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia) .
6. Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora określonego w siwz to znaczy nie dopuszcza analizatora igłowego.
7. Zamawiający dopuszcza analizator, dla którego kalibratory i kontrole do poszczególnych testów są pakowane w oddzielnych opakowaniach.
8. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad z 3 na 7 dni od daty zgłoszenia.