

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

APARAT DO TERAPII FALAMI KRÓTKIMI O EMISJI CIĄGŁEJ I IMPULSOWEJ - SZT.

1

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat o następujących parametrach:

- dwie elektrody o średnicach 130mm?
- ekwiwalent mocy 400 W
- charakterystyka impulsów
- moc w szczycie 400 W
- szerokość impulsów: 2 ms/0,4 ms
- częstotliwość powtarzania impulsów: 70 Hz/350 Hz
- czas zabiegu od 0 do 30 minut

Jednocześnie nadmieniam że diatermia o w/w parametrach została dopuszczona przez Państwa

w poprzednim przetargu, który został unieważniony z powodu niedopatrzeń proceduralnych po

stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że urządzenie opisywane w specyfikacji jest dystrybuowane w Polsce tylko i wyłącznie przez jedną firmę co w sposób ewidentny ogranicza konkurencyjność postępowania publicznego i narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczenie urządzenia o w/w parametrach pozwoli Zamawiającemu przeprowadzić

postępowanie przetargowe w sposób prawidłowy jednocześnie Zamawiający będzie miał możliwość wyboru urządzenia o najlepszych parametrach i najkorzystniejszej cenie.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego zapytania

Z poważaniem

Rajmund Majkowski

Tel: 094-347-10-50 mail: mr@meden.com.pl

Kom: 693 540 105 www.meden.com.pl

Łódź, dnia 21 lutego 2007r.

Miejska Przychodnia BATORY
Ul. Elsnera 19
92-504 ŁÓDŹ

MEDEN – INMED

Ul. Stoczniowców 11-13

75-256 KOSZALIN

MPB/ 229 /2007

Dotyczy : **Przetargu na dostawę Aparatury do Rehabilitacji ZP/2/ST/2007**

W odpowiedzi na zapytanie o dopuszczenie do postępowania przetargowego urządzenia o innych parametrach niż wymienione w Załączniku Nr 2 do SIWZ – uprzejmie informujemy, iż **nie dopuszczamy** takiej możliwości. Urządzenie musi posiadać parametry określone w dokumentacji przetargowej.

Przychodnia ogłaszając przetarg na dostawę sprzętu do rehabilitacji **nie posiadała** wiedzy o producentach i dystrybutorach sprzętu i aparatury do rehabilitacji.

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Przychodni BATORY

Ewa OBOZA