

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź, dnia 25 października 2021 r.

DSR-ZP-III.271.114.2021

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **„Zakup i dostawa pomocy dydaktyczno-edukacyjnych, brajlowskich i do rewalidacji wzroku”** przekazuje zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

W części 1 – pomoce do rewalidacji wzroku, stanowiącej załącznik nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 30, Zamawiający zamieścił specyfikację odpowiadającej lupy elektronicznej, powiększalnika Zoomax M5 HD Plus. Producent, firma Zoomax zaprzestała produkcji wyżej wymienionego powiększalnika i jest niedostępny na rynku. W związku z tym Wykonawcy nie będą mieli możliwości dostarczenia go w postępowaniu.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie lupy elektronicznej, powiększalnika Ruby XL HD o następujących parametrach:

- Panoramiczny, 5-calowy ekran LCD
- Kamera o rozdzielczości HD
- Regulowane powiększenie od 2 x do 14 x
- 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych
- Funkcja zamrażania obrazu z możliwością zapisania w pamięci urządzenia 80 obrazów
- Auto – Focus: funkcja automatycznego ustawiania ostrości
- Wbudowane oświetlenie LED, które można wyłączyć
- Centralnie położona kamera
- Obsługa urządzenia za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie
- Powiększalnik wyłącza się automatycznie po 30 minutach czytania jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk
- Podstawka oraz wbudowana rączka
- Waga 300 g.
- Wymiary 13,8 cm x 8,8 cm x 2 cm
- Żywotność baterii: 3 godziny nieprzerwanej pracy



Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- Zasilacz zawiera: etui, kabel, instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Części 1 – Pomoce do rewalidacji wzroku w Załączniku nr 1aa do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 30 niniejszego postępowania dopuszcza sprzęt o następujących parametrach:

- Panoramiczny, 5 calowy ekran LCD
- Kamera o rozdzielczości HD, położona centralnie
- Regulowane powiększenie od 2x do 22x
- Od 12 do 20 trybów kolorów o wysokim kontraście
- Funkcja zamrażania obrazu z możliwością zapisania w pamięci urządzenia od 80 do 1000 obrazów
- Auto-fokus – funkcja automatycznego ustawiania ostrości
- Wbudowane oświetlenie LED
- Obsługa urządzenia za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie
- Podstawa lub/i wbudowana rączka
- Waga od 220g do 300g
- Wymiary od 13,8-14,0 x 8,8-8,9 x 2,0-2,1 cm
- Żywotność baterii 3 godziny nieprzerwanej pracy

Pytanie 2:

W części 3 – pomoce brajlowskie, stanowiącej załącznik nr 1cc do Opisu przedmiotu zamówienia do SWZ, w Punkcie 1, Zamawiający zamieścił specyfikację wygrzewarki do specjalnego papieru pęczniejącego. Wyszpecyfikowane cechy, takie jak: trzy zabezpieczenia przed przegrzaniem papieru, sygnał dźwiękowy, wymiary i waga wskazują na jeden, konkretny produkt – Piaf, będący w ofercie firmy Harpo Sp. z o. o. <https://www.harpo.com.pl/sklep/sprzet-dla-niewidomych-i-slabowidzacych/inne-urządzenia-i-materialy/piaf-tactile/> Zapisy powodują brak możliwości zaproponowania przez Wykonawców innych rozwiązań, co jest niezgodne z:

- art. 7 ust. 1 uPzp, poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
- art. 29, ust. 2 i 3 uPzp, poprzez określenia przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Na rynku istnieją inne rozwiązania, które funkcjonalnością nie odbiegają od wyspecyfikowanej wygrzewarki, natomiast nie posiadają takich samych wymiarów i wagi jak te, wyspecyfikowane przez Zamawiającego (nieznacznie się różnią) Parametry fizyczne (waga, wymiary) nie mają znaczenia w użytkowaniu i funkcjach urządzenia. Zamawiający wyspecyfikował również sygnał dźwiękowy informujący kiedy włożyć następny arkusz. Według naszej wiedzy i doświadczenia w użytkowaniu rozwiązań technologicznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, funkcja ta nie

Projekt RPLD.11.01.03-10-0001/19-00pn. „Poznajemy, doświadczamy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

jest niezbędna. Użytkownik obsługujący urządzenie, będzie wiedział kiedy dokładnie urządzenie wypuściło kartkę i kiedy można wprowadzić kolejną. Inne urządzenia dostępne na rynku nie posiadają aż trzech zabezpieczeń przed przegrzaniem papieru, natomiast urządzenia umożliwiają bezpieczną pracę oraz wielokrotne wygrzewanie tej samej kartki papieru pęczniejącego.

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisów:

- posiada aż trzy zabezpieczenia przed przegrzaniem papieru
- kolejny dokument można wprowadzać po sygnale, w trakcie, kiedy jeszcze poprzedni jest w maszynie,
- sygnał dźwiękowy informuje kiedy włożyć następny arkusz
- 190 x 500 x 150 mm (urządzenie rozłożone, z półkami)
- waga: 5,9 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w Części 3 – Pomoce brajlowskie w Załączniku nr 1cc do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 1 niniejszego postępowania, dotyczącego trzech zabezpieczeń przed przegrzaniem papieru, ponieważ są one niezbędne ze względów bezpieczeństwa dzieci, które będą uczestniczyły podczas zajęć i prezentacji urządzenia.

Sygnał dźwiękowy wskazujący kiedy włożyć następny arkusz papieru jest niezwykle istotny podczas nauki obsługi sprzętu przez dzieci słabo widzące i niewidome, które mają nie tylko być wdrożone w zasady działania danego sprzętu, ale również poznać urządzenia i technologie różnych typów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzieloną odpowiedzią dokona zmiany treści SWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Agnieszka Mroczek-Marchewka
/podpis nieczytelny/
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych